

Zorlayıcı Yabancı Cisim Aspirasyonu Vakalarında Rijit ve Bükülebilir Bronkoskopinin Kombine Kullanımı

EB Çiğdem Kızı, YA Karı**, B Tokur Kurmen*

*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD

**İzmir Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

Giriş

Yabancı cisim aspirasyonlarında (YCA) altın standart ► Rijit bronkoskopi (RB)
Şüpheli olgularda tanısal amaçlı kullanılan ► Bükülebilir bronkoskopi (FB)
Küçük yaş grubu ve distal bronşiyal yabancı cisimlerde RB komplikasyon riski **1**



Kombine kullanım (RB+FB) ile risklerin azaltılması ve işlem başarısının artırılması

Yöntem

- 2024–2025
- YCA tanılı 45 hasta
- Tanısal bronkoskopi yapılan hastalar hariç

RB + FB kullanılan hastaların;

- Demografik verileri,
- Klinik bulguları,
- Fizik muayene bulguları,
- Ameliyat kayıtları

Bulgular

- Toplam 45 hastanın 40'ında RB tek başına etkili
- Beş hastada RB + FB kullanımı

Kombine kullanım sonuçları (n=5)	RB + FB (Ort, min-max)
Yaş (ay)	15 (8-20)
YCA – Bronkoskopi süresi (gün)	105 (2-420)
YC yerleşimi	3'ü sağ alt lob bazal segment 2'si sağ ana bronş distali
YC türü	Organik madde

Sonuç

YCA olgularında komplike olabileceği düşünülen hastalarda FB hazırda tutulması komplikasyonları azaltılabilir ve başarıyı artırabilir.

Daha geniş gruplarda, çok merkezli ve daha uzun takip süreli çalışmalar ile bu bulguların desteklenmesi gerekmektedir.